



**МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ**  
Державне підприємство  
«Всеукраїнський державний науково-виробничий  
центр стандартизації, метрології, сертифікації  
та захисту прав споживачів»  
(ДП «Укрметртестстандарт»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143  
Свідоцтво про уповноваження № ПК 001-2014 від 24 лютого 2014 р.

**СВІДОЦТВО**  
про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ 11-П/0765

Чинне до " 16 " грудня 2017 р.

Назва та умовне позначення Автоматизована вимірювальна інформаційна система обліку  
тривалості міських телефонних розмов на базі АТС Huawei CSOFTX3000, встановлена в м. Дніпро,  
вул. Плеханова, 7А, ПрАТ "Телесистеми України" Зав. № 98CSF00093

Виробник Huawei Technologies, Китай

За результатами перевірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) відповідає  
вимогам характеристик, що вказані у даному свідоцтві.

(назва нормативно-правового акта, що містить вимоги до метрологічних характеристик)

Довірчі границі основної абсолютної похибки автоматизованої вимірювальної інформаційної

і значення метрологічних характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

системи обліку тривалості телефонних розмов з довірчою ймовірністю 0,95 у діапазоні вимірювань  
від 15,0 с до 600,8 с у режимах:

а) зв'язку між абонентами даної системи:

- відбій зі сторони вихідного номера, с (-0,6; 1,9);

- відбій зі сторони вхідного номера, с (-1,2; 1,6);

б) безумовного переадресування викликів на інший номер даної системи:

- відбій зі сторони вихідного номера, с (-0,4; 1,2);

- відбій зі сторони вхідного номера, с (-0,3; 1,3).

Додаток: на    - стор. у    - прим.

Персонал, який виконував  
роботи з перевірки

  
(підпис)

Ю.М. Куліш  
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка  
повіреного тисра



" 16 " грудня 2016 р.